

ROZEZNANIE RYNKU

ZAKUP PIONIRATORA DYNAMICZNEGO ORAZ PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „DŁUGOTERMINOWA OPIEKA MEDYCZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU”

W związku z realizacją projektu „Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu (nazywane dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem dotyczącym wyceny pionizatora dynamicznego oraz podnośnika transportowo - kąpielowego.

Zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dany przedmiot, zostanie zakupiony po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

I. WYMAGANIA

1. Pionizator dynamiczny:

Opis (wyposażenie):

- stelaż z kołami jezdnymi wyposażony w hamulce; □
- separator lub stabilizator kończyn dolnych; □
- regulowana obejmą biodrową i piersiową;
- uprząż miednicowa;
- pochwyty rąk;
- jako dodatkowe wyposażenie: poduszki zwężające obejmę piersiową (2 szt.), podpórki pod przedramiona (2 szt.)
- stan - fabrycznie nowe,
- gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące.

2. Podnośnik transportowo - kąpielowy:

Opis (wyposażenie):

- podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów; obsługiwany automatycznie - na pilota (wyposażony w siłowniki),
- konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi,
- model wyposażony w 4 koła z czego 2 z blokadą oraz przycisk awaryjny,
- rama jezdna ruchoma, z płynną regulacją rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności,
- konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjenta np. z łóżka, z wózka,
- parametry (lub zbliżone do podanych wymiarów): wysokość: 174 cm; długość: 111,5 cm; szerokość (złożone nogi podnośnika): 55 cm; szerokość (rozłożone nogi): 103,5 cm;

wysokość ramienia: 111,5 cm; maksymalna waga pacjenta: 150 kg; waga podnośnika: 37 kg - lub zbliżone;

- w zestawie: Nosidło uniwersalne (dla większości pacjentów) o rozmiarze L. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybko schnący,
- stan - fabrycznie nowe,
- gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące.

II. POZOSTAŁE WARUNKI

Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania całego przebiegu realizacji usług będących przedmiotem postępowania. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i nie stwarzania żadnych przeszkód w realizacji monitoringu. Urządzenia powinny być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu partiami planowanego sprzętu rehabilitacyjnego. Prosimy o przesłanie oferty z cenami brutto, a w cenie uwzględnić wszystkie swoje koszty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Ofertę cenową należy przysłać do 20 listopada 2020 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: sieradz@ptsr.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie PTSR w Sieradzu (ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz).

Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez Wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania ofert nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji przedmiotowej usługi.

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
Bolesław Kulenty – kontakt w sprawach roboczych,
Tel. 784 642 182

PRZEWODNICZĄCY
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego Oddział w Sieradzu
Bolesław Kulenty

SKARBNIK
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego Oddział w Sieradzu
Elżbieta Lewandowska

16.11.2020

/ data /

/podpis/